

بسمه تعالی

چک لیست نگهداری پیشگیرانه ( PM ) دستگاه الکترشوگ

ردیف	نام تست	دوره زمانی
۱	بررسی وضعیت بدنه	روزانه
۲	بررسی وضعیت عملکرد کلیدهای عملیاتی	روزانه
۳	تمیز کاری هد پرینتر	روزانه
۴	بررسی اکسسوری ها ( کابل ECG و ..)	روزانه
۵	بررسی وضعیت کابل برق	روزانه
۶	تعویض کاغذ پرینتر	در صورت نیاز
۷	تست اتوماتیک مراحل روشن شدن دستگاه	روزانه
۸	بررسی انتقال انرژی و دکمه های شوک	روزانه
۹	عملکرد Pacer ( در انواعی که دارای پیس میکر باشد)	روزانه
۱۰	بررسی و تست باتری	روزانه

دوره زمانی	نام تست	ردیف
در صورت نیاز	تنظیمات تاریخ و زمان دستگاه	۱۱
روزانه	بررسی وضعیت پدها و پدال ها	۱۲
روزانه	بررسی وضعیت صفحه نمایش	۱۳
روزانه	بررسی بلندگو ها	۱۴
روزانه	بررسی چراغ منبع تغذیه	۱۵